

Józefów, dn. 17.03.2020 r.

**Zapytanie ofertowe
do 30.000 euro**

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert na dostawę **kompaktowego generatora zaburzeń znormalizowanych do badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych wg. normy PN-EN 61000-4-4:2013-05 oraz do badań odporności na udary napięciowo-prądowe dużej energii SURGE oraz wg. Normy PN-EN 61000-4-5:2014-10 wraz z PN-EN 61000-4-5:2014-10/A1:2018-01 o wartości szczytowej min. 4,8 kV każdy wraz z wbudowanym modulem jednofazowej sieci sprzęgająco-odsprzęgającej o parametrach min. DC i AC 50Hz/60Hz, 0-300V oraz 0-16A i akredytowane wzorcowanie przedmiotu zamówienia.**

1. Termin realizacji zamówienia – do 15.05.2020 r.
2. Kryteria oceny ofert:
 - a) Cena
 - b) Gwarancja
 - c) Doświadczenie wykonawcy.
3. Inne istotne warunki realizacji zamówienia: opisane w załączniku nr 1
4. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 - a) Cenę brutto w PLN.
 - b) Termin realizacji.
 - c) Oświadczenie o terminie związania ofertą jak wyżej.
 - d) Informacje stanowiące podstawę do oceny ofert, o których mowa w pkt 2 i 3.
6. Termin złożenia oferty – **do dnia 19.03.2020 r.** do godz. 15.30.
7. Ofertę należy przesłać:
 - a) pocztą na adres Zamawiającego - CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, *albo*
 - b) faksem na nr 22 76 93 356 lub 22 76 93 373, *albo*
 - c) elektronicznie na adres cnbop@cnbop.pl
8. Osoba upoważniona do kontaktu:

Paweł Stępień tel. 22 769 32 26 e- mail: pstepien@cnbop.pl

9. Koszt przygotowania oferty ponosi w całości oferent.

10. Zastrzega się możliwość zmiany warunków zapytania ofertowego, przy czym o zmianie tej zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.

11. CNBOP-PIB zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranymi oferentami, (w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie), a w uzasadnionych przypadkach prawo do nie wybrania żadnej z ofert.

Zastępca Kierownika
Zespołu Laboratoriów BA CNBOP-PIB

17.03.2007.
dr inż. Tomasz Popielarczyk

.....
(data i podpis
kierownika komórki organizacyjnej)